

Протокол
об итогах по закупу изделий медицинского назначения запроса ценовых предложений

г. Петропавловск

01 марта 2023 года

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии

Новиков Н.А. –Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

2. Члены комиссии:

Швецова А.С. –Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Богачева Е.М. – Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Кол-во	Ед.изм	Цена	Выделенная сумма	Срок поставки
1	Тест-полосы глюкоза к экспресс-анализатору концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	Тест - полосы глюкоза №50 Диапазон измерений Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Температурный диапазон для использования тест-полосок, °С - от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °С - от +5°C до +30°C к экспресс анализатору ABK Care Multi	100	уп	4800,00	480000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
2	Термографическая мед пленка для рентгенографии AGF DRISTAR DT 5B 20*25 100 листов	Предназначена для печати высококачественных цифровых рентгенографических изображений при помощи термографических принтеров. использование для медицинских принтеров черно-белого изображения. Пленка Drystar DT 5 B. Хранить необходимо в вертикальном положении при температуре от 18°C до 21°C. Пленку следует держать на расстоянии от воздействия сильных источников тепла. Размеры 20*25 100 листов	100	уп	46500,00	4650000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
3	Термографическая мед пленка для	Предназначена для печати	1	уп	102700,00	102700,00	В течение 2023 года по заявке

	рентгенографии AGF DRISTAR DT 5B 35*43см 100 листов	высококачественных цифровых рентгенографических изображений при помощи термографических принтеров. использование для медицинских принтеров черно-белого изображения. Пленка Drystar DT 5 B. Хранить необходимо в вертикальном положении при температуре от 18°C до 21°C. Пленку следует держать на расстоянии от воздействия сильных источников тепла. Размеры 35*43 100 листов					Заказчика
4	Азур-эозин по Май-Грюнвальду, 1 л	Фиксатор краситель по Май- Грюнвальду в растворе, предназначен для применения в качестве фиксатора и красителя форменных элементов крови. Фиксатор-краситель представляет собой 0,30 % раствор сухого красителя эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду в метаноле.	10	л	12000,00	120000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
5	Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	Измерение концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Диапазон измерений: Электроды глюкозы - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Холестерин - 130- 400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Триглицериды - 50-500 мг/дл (0,56 - 5,6ммоль/л). 2 x 3В кнопочные литиевые батареи питания, тип - CR 2032. Источник питания: Батарею питания можно использовать в течение одного года при условии проведения 3 измерений в день (около 1000 измерений). Размеры: Длина - не менее 97мм. Высота не менее - 49мм. Ширина не менее - 20,5мм. Вес: не более 65г (включая батарею	20	шт	22300,00	446000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

	питания). Дисплей: жидкокристаллический. Температурный диапазон для использования прибора, °С - от +10°C до +40°C. Температурный диапазон для хранения прибора, °С - от +5°C до +30°C. Границы влажности: Относительная влажность от 0% до 90% (без конденсации). Объем памяти: не менее 500 показаний измерений с указанием даты и времени измерения. Проверку работы прибора через три года эксплуатации. Тест- полоски глюкозы. Используемый образец - Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 0,5 мкл. Гематокрит в диапазоне 35-50%. Диапазон измерений - 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность. Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полосок, °С - от +10°C до +40°C. Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °С - от +5°C до +30°C. Срок хранения после первого вскрытия 90 дней .Срок годности 24 месяца. Тест- полоски холестерина Используемый образец					
--	--	--	--	--	--	--

		Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50%. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 секунд. Температурный диапазон для использования тест-полосок, °C - от +10°C до +40°C Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °C - от +5°C до +30°C. Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца. Тест-полоски триглицеридов - Температурный диапазон для использования тест-полосок, °C - от +10°C до +40°C. Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °C - от +5°C до +30°C. Используемый образец - Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50. Гарантийный срок 12 месяцев. Год выпуска не ранее 2022 года.					
6	Тест-полосы холестерин к экспресс-анализатору концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	Тест - полосы холестерин № 25. Диапазон измерений Электроды Холестерин - 130-400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Температурный диапазон для использования тест-	300	уп	10200,00	3060000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		полосок, °С - от +10°С до +40°С Температурный диапазон для хранения тест-полосок, °С - от +5°С до +30°С. Срок хранения после первого вскрытия 90 дней. Срок годности 24 месяца. Тест-полоски для экспресс-анализатора ABK Care Multi, предназначены для количественного измерения уровня общего холестерина, в капиллярной крови. Упаковка № 25. Тест-полоска представляет из себя пластиковую основу с мембраной, содержащую реактивы. Тест основан на реакции ингредиентов: Холестерина оксидаза/Холестерин эстераза, POD/Хромоген. Интенсивность цвета окрашенного соединения, получившегося в результате реакции пропорциональна концентрации холестерина в крови. Данные которые отображаются на дисплее экспресс-анализатора ABK Care Multi.					
7	ПГА № 2,0 (режущая игла)	ПГА – нить полигликолидная, с покрытием неокрашенная или окрашенная в фиолетовый цвет №2,0	50	шт	900,00	45000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
8	ПГА № 3,0 (режущая игла)	ПГА – нить полигликолидная, с покрытием неокрашенная или окрашенная в фиолетовый цвет №3,0 игла режущая	100	шт	900,00	90000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
9	ПГА № 4,0 (режущая игла)	ПГА – нить полигликолидная, с покрытием неокрашенная или окрашенная в фиолетовый цвет №4,0 игла режущая	50	шт	900,00	45000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
10	ПГА № 1,5 (режущая игла)	ПГА – нить полигликолидная, с покрытием неокрашенная или	100	шт	900,00	90000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика

		окрашенная в фиолетовый цвет №1,5 игла режущая					
1	Стекло предметное 26*76*1мм	Предметное стекло (вид 259730) вариант исполнения СП-7101 с обработанным краем. Размеры 26x76 мм, толщина 1 мм, что соответствует длине световой волны, и гарантирует низкую дифракцию и интерференцию волн, а также слабое отклонение пучка света. Используются для изготовления микропрепаратов для люминисцентной и световой микроскопии в цитологических, гистологических, клинико-диагностических и патологоморфологических исследованиях.	35000	шт	80,00	2800000,00	В течение 2023 года по заявке Заказчика
12	Итого					11928700,00	

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Дата и время предоставления ценового предложения
ИП «StanLab»	г. Караганда, ул. Пассажи́рская 10, офис 109	20.02.2023г. – 08.49 ч.
ИП Тукешов А.К.	РК, г Костанай, ул. Тәуелсіздік 115, кв. 71	15.02.2023г. – 11.00 ч.
ТОО «АстаМед»	РК, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Бейбитшили́к 25, офис 221	17.02.2023г. – 16.19 ч.
ТОО «Amir Pro»	Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Р.Сабатаева 138/54	20.02.2023г. – 09.03 ч.
ТОО «Aimed Group»	РК, г. Алматы, Бостанды́жский район, ул. Тимирязева 42	20.02.2023г. – 09.08 ч.
ИП Степанова 85	г. Петропавловск, ул. Назарбаева 163-87	20.02.2023г. – 09.15 ч.
ИП «МаркетФарм»	РК, г. Астана, ул. Б.Майлин 19, офис 313	17.02.2023г. – 10.29 ч.
ТОО «Ренисан»	Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Д. Нурпеисовой, 12	17.02.2023г. – 11.03 ч.
ТОО «Арша»	Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр.	17.02.2023г. – 11.49 ч.

	Васильковский 12 «а»	
ТОО «ДиАКиТ»	РК, Карагандинская область, г. Караганда, район Ө.Бөкейхан, микрорайон 19, строение 40А	17.02.2023г. – 15.32 ч.
ТОО «ADAL MEDICA KAZAKHSTAN»	РК, Область Абай, г. Семей, ул. Шугаева, 6А, офис 31	16.02.2023г. – 10.19 ч.

На участие в закупе изделий медицинского назначения были представлены следующие ценовые предложения:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Цена Поставщика										
					ИП «StanLab»	ИП Тукешов А.К.	ТОО «АстаМед»	ТОО «Amir Pro»	ТОО «Aimed Group»	ИП Степанова 85	ИП «МаркетФарм»	ТОО «Ренисан»	ТОО «Арша»	ТОО «ДИА Кит»	ТОО «ADAL MEDIC A KAZAKHSTAN»
1	Тест-полосы глюкоза к экспресс-анализатору концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	уп	100	4800,00					4740,00	3680,00	3899,00		3640,00		4320,00
2	Термографическая мед пленка для рентгенографии AGF DRISTAR DT 5B 20*25 100 листов	уп	100	46500,00			35800,00		45590,00						
3	Термографическая мед пленка для рентгенографии AGF DRISTAR DT 5B 35*43см 100 листов	уп	1	102700,00			94000,00		101890,00						
4	Азур-эозин по Май-Грюнвальду, 1 л	л	10	12000,00					11820,00						
5	Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	шт	20	22300,00					21980,00	21880,00					
6	Тест-полосы холестерин к экспресс-анализатору концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	уп	300	10200,00					9980,00	8090,00	7888,00		7988,00		9044,00
7	ПГА № 2,0 (режущая игла)	шт	50	900,00						895,00					
8	ПГА № 3,0 (режущая игла)	шт	100	900,00						895,00					
9	ПГА № 4,0 (режущая игла)	шт	50	900,00						895,00					
10	ПГА № 1,5 (режущая игла)	шт	100	900,00						895,00					
11	Стекло предметное 26*76*1мм	шт	35000	80,00	24,9	29,00		31,00	80,00		19,18	26,35		18,00	44,00

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты к оценке и сопоставлению в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации – ТОО «LEGION-MED».

При вскрытии конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие потенциальные поставщики: ТОО «Amir Pro».

Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту №1 ТОО «Арша»;

по лоту № 2, лоту № 3 ТОО «АстаМед»;

по лоту № 5, лоту № 7, лоту № 8, лоту № 9, лоту № 10 ИП Степанова 85;

по лоту № 6 ИП «МаркетФарм».

Поставщик ИП «StanLab» не соответствует главе 4 Правил, ценовое предложение представлено не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, размеры товара не соответствуют характеристикам Заказчика.

Поставщик ИП Тукешов А.К. ценовое предложение представлено не по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Поставщик ТОО «Ренисан» размеры товара не соответствует характеристикам Заказчика.

Победитель представляет документы в соответствии с п. 141 Правил.

Лот №4, лот №11 провести закуп по государственным закупкам, так как данный товар не подлежит обязательной государственной регистрации.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

Председатель комиссии

Новиков Н.А.

Члены комиссии:

Швецова А.С.

Богачева Е.М.

Секретарь комиссии:

Оралбаева Т.В.

Баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алу жөніндегі қорытындылар туралы Хаттама

Петропавл қаласы

2023 жылғы 01 наурыз

Комиссия құрамында:

1. Комиссия төрағасы:

Новиков Н.А. – «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директоры

2. Комиссия мүшелері:

Швецова А.С. - «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК бас бухгалтері;

Богачева Е.М. – «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК фармацевт.

Сатып алуға бөлінген сома, теңге

Лот №	Атауы	Техникалық сипаттама	Саны	Өлш бірл	Бағасы	Бөлінген сома	Жеткізу мерзімі
1	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын экспресс-талдағышқа глюкоза тест жолақтары	Глюкоза тест – жолақтары №50 Өлшеу диапазоны- глюкоза электродтары - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Тест жолақтарды пайдалануға арналған температуралық диапазон , °C - +10°C - +40°C Тест жолақтарды сақтауға арналған температуралық диапазон, °C +5°C - +30°C .ABK Care Multi экспресс талдағышқа	100	қапт	4800,00	480000,00	2023 жыл ішінд тапсыры берушінің өтінім бойынш
2	AGF DRISTAR DT 5B рентгенографияға арналған термографиялық мед пленка 20*25 100 парак	Термографиялық принтерлердің көмегімен цифрлы рентгенологиялық суреттерді басып шығаруға арналған. Қара-ак түстегі суреттерді басып шығаруға арналған медициналық принтер Өлшемі 20*25см, 100 парак	100	қапт	46500,00	4650000,00	2023 жыл ішінд тапсыры берушінің өтінім бойынш
3	AGF DRISTAR DT 5B рентгенографияға арналған термографиялық мед пленка 35*43см 100парак	Термографиялық принтерлердің көмегімен цифрлы рентгенологиялық суреттерді басып шығаруға арналған. Қара-ак түстегі суреттерді басып шығаруға арналған медициналық принтер . Өлшемі 35*43 см, 100 парак	1	қапт	102700,00	102700,00	2023 жыл ішінд тапсыры берушінің өтінім бойынш
4	Азур-эозин о Май-Грюнвальд бойынша . 1 л	Май- Грюнвальд бойынша Фиксатор	10	л	12000,00	120000,00	2023 жыл ішінд тапсыры

		бояғыш ерітіндісі - фиксатор ретінде және қанның формалық элементтерін бояуға арналған.. Фиксатор-бояу Май-Грюнвальд бойынша метанолда 0,30 % эозин метилен көк құрғақ бояу.					берушінің өтінімі бойынша
5	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын өлшеу. Өлшеу диапазоны: глюкоза электродтары - 10-600мг/дл (0,6-33,3ммоль/л). Холестерин - 130- 400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Триглицерид - 50-500 мг/дл (0,56 - 5,6ммоль/л). 2 x 3В кнопкалы ток беретін литий батарея , түрі - CR 2032. Ток беру көзі: Ток беру батареясын күніне 3 өлшеу жүргізген кезде бір жыл бойы қолдануға болады. (шамамен 1000 өлшем). Өлшемі: Ұзындығы - 97мм кем емес. Биіктігі - 49мм кем емес. Ені - 20,5мм кем емес. Салмағы 65г	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын экспресс-талдағыш	20	дана	22300,00	446000,00	2023 жыл ішінд тапсыр берушінің өтінімі бойынша
		аспайтын(ток беру батареясын қоса алғанда). Дисплей: сұйық кристалды. Температуралық диапазоны аспапты қолдану үшін , °C - +10°C -- +40°C аралығы Аспапты сақтауға арналған температуралық диапазон , °C - +5°C - +30°C. Ылғалдылық шекарасы: қатыстық ылғалдық 0% - 90% (конденсатсыз). Жад көлемі: өлшеудің 500 көрсеткішінен кем емес өлшеу уақыты мен күнін көрсетуімен. Аспаптың жұмысын тексеру: үш жыл пайдаланғаннан кейін. Глюкоза тест жолағы. Пайдаланылатын үлгі – жаңа алынған капиллярлық қан. Минималды көлемі - 0,5 мкл. Гематокрит диапазоны 35-50%.					

	Өлшеу диапазоны - 10-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Сезімталдық. Минималды өлшенетін көлем: 130 мг/дл Дәлдік-жүйенің орташа қателігі – референтті әдіспен салыстырғанда плазмамен гексокиназа пайдалану негізінде < 10%; құрайды Көрсетілімі. Қайталануы: орташа дәлсіздік < 5%; вариацияның орташа коэффициенті = 3,8%. Көрсетілуі: орташа дәлсіздік < 5%; вариацияның орташа коэффициенті = 3,5% Есептеуге арналған орташа уақыт 5 секунд. Тест жолақты пайдалануға арналған температуралық диапазон, °С - от +10°C до +40°C. Тест жолақты сақтауға арналған температуралық диапазон , °С - от +5°C до +30°C. Сақтау мерзімі ашқан күннен бастап 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай. Холестерин тест жолақтары Пайдаланылатын үлгі: жаңа алынған капиллярлық қан. Гематокрит диапазоны 35-50%. Өлшеу диапазоны 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Семізталдық: Минималды өлшенетін көлемі: 130 мг/дл Дәлдік: жүйенің орташа референтті әдісімен салыстырғанда CHOD-PAP < 10%; құрайды. Көрсеткіш: қайталану орташа дәлсіздік < 5%; вариацияның орташа коэффициенті = 2,14%. Көрсетілім: орташа дәлсіздік < 5%; вариацияның орташа коэффициенті = 3,95% Есептеуге арналған орташа уақыт шамамен 30 секунд. Тест жолақты пайдалануға арналған температуралық диапазон, °С - +10°C - +40°C Тест жолақты сақтауға арналған температуралық					
--	---	--	--	--	--	--

		диапазон, °C - +5°C - +30°C. Сактау мерзімі ашқан күннен бастап 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай. Триглицеридтер тест жолактары - Тест жолақты пайдалануға арналған температуралық диапазон, °C - +10°C - +40°C Тест жолақты сақтауға арналған температуралық диапазон °C - +5°C - +30°C. Пайдаланылатын үлгі-жаңа алынған капиллярлық қан. Гематокрит диапазоны 35-50. Кепілдік мерзімі-12 ай. Шығарылған жылы 2022 жылдан кеш емес.					
6	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын экспресс-талдағышқа холестерин тест жолактары	Холестерин тест жолактары №25 Өлшеу диапазоны Холестерин Электродтары - 130-400 мг/дл (3,3 - 10,2ммоль/л). Тест жолактарды пайдалануға арналған температуралық диапазон , °C - +10°C - +40°C Тест жолактарды сақтауға арналған температуралық диапазон,, °C - +5°C - +30°C .Сактау мерзімі ашқан күннен бастап 90 күн. Жарамдылық мерзімі 24 ай .ABK Care Multi экспресс талдағышқа. Қаптама № 25. Сынақ жолағы-бұл реагенттері бар мембранасы бар пластикалық негіз. Тест ингредиенттердің реакциясына негізделген: холестерин оксидаза/ Холестеринэстераза, POD/ Хромоген. Реакция нәтижесінде алынған боялған қосылыстың түс қарқындылығы қандағы холестерин концентрациясына пропорционалды. Деректер ABL Care Multi экспресс-анализаторының дисплейінде көрсетіледі.	300	капт	10200,00	3060000,00	2023 жыл ішін тапсыры берушінің өтіні бойын
7	ПГА №2.0 (тілгіш ине)	ПГА –полигликолидті жіп. боялмаған немесе	50	дана	900,00	45000,00	2023 жыл іші тапсыр

		күлгін түске боялған №2,0 тілгіш ине					берушінің өтінім бойынша
8	ПГА № 3,0 (тілгіш ине)	ПГА –полигликолидті жіп, боялмаған немесе күлгін түске боялған №3,0 тілгіш ине	100	дана	900,00	90000,00	2023 жыл ішінд тапсыры берушінің өтінім бойынша
9	ПГА №4,0 (тілгіш ине)	ПГА –полигликолидті жіп, боялмаған немесе күлгін түске боялған №4,0 тілгіш ине	50	дана	900,00	45000,00	2023 жыл ішінд тапсыры берушінің өтінім бойынша
10	ПГА № 1,5 (тілгіш ине)	ПГА –полигликолидті жіп, боялмаған немесе күлгін түске боялған № 1,5 тілгіш ине	100	дана	900,00	90000,00	2023 жыл ішінд тапсыры берушінің өтінім бойынша
11	Заттық шыны 26*76*1мм	Заттық шыны (259730 түрі) өңделген жиегі бар SP-7101 орындау нұскасы. Өлшемдері 26x76 мм, қалыңдығы 1 мм, бұл жарық толқынының ұзындығына сәйкес келеді және толқындардың төмен дифракциясы мен интерференциясына, сондай-ақ жарық сәулесінің әлсіз ауытқуына кепілдік береді. Цитологиялық, гистологиялық, клиникалық-диагностикалық және патологиялық-морфологиялық зерттеулерде люминесцентті және жарық микроскопиясына арналған микропрепараттарды дайындау үшін қолданылады.	35000	дана	80,00	2800000,00	2023 жыл ішінд тапсыры берушінің өтінім бойынша
12	Барлығы					11928700,00	

Баға ұсынысын беру күні мен уақыты

Әлеуетті өнім берушінің атауы	Әлеуетті өнім берушінің орналасқан жері	Баға ұсынысын беру күні мен уақыты
ЖК «StanLab»	Қарағанды қ, Пассажирская к.10, офис 109	20.02.2023ж. – сағ 08.49
ЖК Туқешов А.К.	ҚР Қостанай, Тәуелсіздік к.115/ 71	15.02.2023ж. – сағ 11.00
«АстаМед» ЖШС	ҚР Астана қ., Сарыарқа ауданы Бейбітшілік к, 25, офис 221	17.02.2023ж. – сағ.16.19
«Amir Pro» ЖШС	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Р.Сабатаев к, 138/54	20.02.2023ж. – сағ 09.03

imed Group»ЖШС	ҚР, Алматы қ, Бостандық ауданы, Тимирязев к, 42	20.02.2023ж. – сағ 09.08
ЖК Степанова 85	Петропавл қ. Назарбаев к, 163-87	20.02.2023ж. – сағ 09.15
ЖК «МаркетФарм»	ҚР, Астана қ., Б.Майлин к,19, офис 313	17.02.2023ж. – сағ 10.29
«Ренисан» ЖШС	Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Д. Нұрпейсова к, 12	17.02.2023ж. – сағ11.03
«Арша» ЖШС	Ақмола облысы Көкшетау қ, Васильковский ш/а, 12 «а»	17.02.2023ж. – сағ11.49
«ДиАКиТ» ЖШС	ҚР Қарағанды облысы, Қарағандық., Ә.Бөкейхан к, 19 шағын аудан, 40 А құрылыс	17.02.2023ж. – сағ15.32
«ADAL MEDICA KAZAKHSTAN» ЖШС	ҚР Абай облысы, Семей қ. Шұғаев к, 6А, 31 офис	16.02.2023ж. – сағ 10.19

Медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алуға қатысуға келесі баға ұсыныстары ұсынылды:

лот№	Атауы	Өлш бірлі	саны	бағасы	Жетк				
					ЖК«St anLab»	ЖК Тукеш ов А.К.	«АстаМе д» ЖШС	«Amir Pro» ЖШС	«Aimed Group» ЖШС
1	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын экспрес- с-талдағышқа глюкоза тест жолақтары	қапт	100	4800,00					4740,00
2	AGF DRISTAR DT 5B рентгенографияға арналған термографиялық мед пленка 20*25 100 парак	қапт	100	46500,00			35800,00		45590,00
3	AGF DRISTAR DT 5B рентгенографияға арналған термографиялық мед пленка 35*43см 100парак	қапт	1	102700,0 0			94000,00		101890,00
4	Азур-эозин о Май-Грюнвальд бойынша , 1 л	л	10	12000,00					11820,00
5	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын экспрес- с-талдағыш	дана	20	22300,00					21980,00
6	Капиллярлық қандағы глюкоза, холестерин және триглицеридтер концентрациясын экспрес- с-талдағышқа холестерин тест жолақтары	қапт	300	10200,00					9980,00
7	ПГА №2,0 (тілгіш ине)	дана	50	900,00					
8	ПГА № 3,0 (тілгіш ине)	дана	100	900,00					
9	ПГА №4,0 (тілгіш ине)	дана	50	900,00					
10	ПГА № 1,5 (тілгіш ине)	дана	100	900,00					
11	Заттық шыны 26*76*1мм	дана	3500 0	80,00	24,9	29,00		31,00	80,00

Тіркеу үшін соңғы уақыт өткеннен кейін ұсынылуына байланысты бағалауға және салыстыруға қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары бар конверттер «LEGION-MED» ЖШС .

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде мынадай әлеуетті өнім берушілер қатысты: «Amir Pro» ЖШС

Комиссия ашық дауыс беру арқылы бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Жеңімпаз болып танылсын:

№1, №6 лоттар бойынша «Арша» ЖШС;
№ 2, № 3 лоттар бойынша «АстаМед» ЖШС;
№ 5, № 7, № 8, № 9, № 10 лоттар бойынша ЖК Степанова 85;
№ 6 лот бойынша ЖК «МаркетФарм».

Жеткізуші ЖК «StanLab» Қағиданың 4 тарауына сәйкес келмейді, баға ұсынысы денсаулық сақтау саласы бойынша өкілетті органы бекіткен нысан бойынша берілмеген, тауардың өлшемдері Тапсырыс берушінің сипаттамасына сәйкес келмейді.

Жеткізуші ЖК Туқешов А.К. баға ұсынысы денсаулық сақтау саласы бойынша өкілетті органы бекіткен нысан бойынша берілмеген.

Жеткізуші «Ренисан» ЖШС, тауардың өлшемдері Тапсырыс берушінің сипаттамасына сәйкес келмейді.

Жеңімпаз Қағиданың 141 т. сәйкес құжаттарды ұсынды.

№4 Лот, №11 лот бойынша осы тауар міндетті мемлекеттік тіркеуге жатпайтындықтан, мемлекеттік сатып алу бойынша сатып алу өткізілсін.

Интернет-ресурста баға ұсыныстарын сұрау тәсілімен медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алу жөніндегі қорытындылар туралы осы хаттаманың мәтінін орналастыру.

Комиссия төрағасы

Новиков Н.А.

Комиссия мүшелері

Швецова А.С.

Богачева Е.М.

Комиссия хатшысы:

Оралбаева Т.В.

